



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 14.01.2020 r.

SPS – V. 262.1.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. (Nr procedury SPSSZ/1/D/19).

1. Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do opaskowania żyłaków przelyku: zawierających nakładkę na endoskop z 6 lateksowymi opaskami oraz głowicę do zrzucania opasek. Nakładką z nicią o dł. 122 cm, współpracująca z endoskopami o średnicy 8,6 – 9,2 mm lub 9,5 – 13,0 mm (do wyboru), opaski czarne, przedostatnia w innym kolorze, głowica z pokrętle działającym w dwóch pozycjach, w zestawie cewnik z zaczepami z obu stron do przeprowadzania nici i igła z tęym końcem do przepłukiwania kanału endoskopowego.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
2. **Dotyczy pakietu nr 16.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje „elektrodę igłową koncentryczną. Dotykowy znacznik na uchwycie ułatwiający identyfikację kierunku ścięcia igły. Uchwyt o ergonomicznym kształcie oznaczony kolorem. Opakowanie po 25 szt. Rozmiary: 30 x 0,35 mm (kolor biały), 37 x 0,46 mm (kolor niebieski), 50 x 0,46 mm (kolor szary), 65 x 0,55 mm (kolor beżowy)”? Wykonawca gwarantuje kompatybilność elektrod z posiadanym przez Zamawiającego aparatem i dostarczy nieodpłatnie 1 szt. kabla dedykowanego do oferowanych elektrod.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
3. **Dotyczy pakietu nr 16.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje „elektrodę igłową koncentryczną. Dotykowy znacznik na uchwycie ułatwiający identyfikację kierunku ścięcia igły. Uchwyt o ergonomicznym kształcie oznaczony kolorem. Opakowanie po 25 szt. Rozmiary: 25 x 0,30 mm (kolor czerwony), 37 x 0,45 mm (kolor zielony), 50 x 0,45 mm (kolor niebieski), 75 x 0,60 mm (kolor fioletowy)”? Wykonawca gwarantuje kompatybilność elektrod z posiadanym przez Zamawiającego aparatem i dostarczy nieodpłatnie 1 szt. kabla dedykowanego do oferowanych elektrod.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
4. Pakiet 4, poz. 1. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
5. Pakiet 4, poz. 3. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
6. Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przelyku zawierający nakładkę na endoskop z 7 opaskami oraz głowicą i dwupozycyjnym pokrętle do zrzucania opasek, z poliwęglanową nakładką z nicią o długości 165cm, współpracującą z endoskopami o średnicy 9-10mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących

nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

8. **Pakiet 4, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch z fizeliny w rozmiarze L?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

9. **Pakiet 4, pozycja 4.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli wycenę za 1 listek czy za 1 rolkę?

Odpowiedź : Należy podać cenę za rolkę.

10. **Pakiet 5, pozycje 6 – 7 (kolejno 2 – 3).** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

11. **Pakiet 6, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści zbrojone rurki intubacyjne z mankietem o grubości ścianki ok. 50µm, bez potwierdzenia niezależnymi badaniami?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

12. **Pakiet 9, pozycje 4 – 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź : Nie.

13. **Pakiet 13, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane m.in. z PCV, w całości pozbawione ftalanów, dostępne w rozmiarach 0 – 5?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

14. **Pakiet 15, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści ustniki z otworem o wielkości 20 x 26mm?

Odpowiedź : Tak.

15. **Pakiet 15, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane pojedynczo w opakowaniu transportowym a³100 szt. z przeliczeniem ilości na 2,5 opakowania

Odpowiedź : Tak.

16. Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować zestaw do opaskowania żyłaków przetyku - 6 gumkowy (przedostatnia gumka w innym kolorze), gumki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia gumki, zestaw wyposażony w port umieszczony w głowicy przeznaczony do przepłukiwania. Zestaw z założonym cewnikiem na nić umożliwiającą szybkie przełożenie przez kanał roboczy aparat. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

17. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować ustnik jednorazowy z opaską mocującą średnica otworu wewnętrznego ok. 20mm na 25mm, duże otwory boczne?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy wzoru umowy § 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio:

- z 10% na **5% ceny netto niezrealizowanej części umowy**

- z 10% na **5% wartości niezrealizowanej dostawy**

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

19. Dotyczy wzoru umowy § 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisów przedmiotowego §: „Wykonawca zobowiązany jest do ~~załatwienia~~ **rozpatrzenia** reklamacji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji **oraz do przekazania Zamawiającemu propozycji sposobu jej załatwienia.**”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

20. **Pakiet 3 pozycja 1.** Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z drenem do podawania tlenu w rozmiarze dla dorosłych odpowiadającym wymaganiom lecz bez wymaganego oznaczenia XL z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

21. **Pakiet 7, pozycja 2.** Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy AMBU o następujących parametrach:

- maska krtaniowa jednorazowego użytku z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przygryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta oraz z możliwością tymczasowego zamocowania drenu w uchwycie znajdującym się w pobliżu łącznika.
- rurka maski wygięta (kąt około 90 stopni) zgodnie z budową anatomiczną gardła
- zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej we wszystkich dostępnych rozmiarach: 16 FR dla rozmiarów 3,4,5,6; 10 FR dla rozmiarów 2 i 2.5; 8 FR dla rozmiaru 1.5 oraz 6 FR dla rozmiaru 1.
- delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet powietrzny
- możliwość wentylacji wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do do 40 cm H₂O
- możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii
- znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce
- znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski
- zintegrowane usztywnienie/bloker zgryzu zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym
- dostępne rozmiary: 1 (waga pacjenta poniżej 5kg), 1.5 (waga pacjenta 5-10kg), 2 (waga pacjenta 10-20kg), 2.5 (waga pacjenta 20-30 kg), 3 (waga pacjenta 30-50kg); 4 (waga pacjenta 50-70kg); 5 (waga pacjenta 70-100kg), 6 (waga pacjenta powyżej 100kg)
- wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP)
- bezwarunkowo dopuszczona do używania w środowisku MRI (wykonana z materiałów nie zawierających elementów metalowych)
- opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

22. **Pakiet 13.** Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

23. **Pakiet nr 5 infuzja poz. 6 (??).** Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

24. Dotyczy **Pakiet 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

25. **Pakiet 15.** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ustników o wymiarach otworu 22 mm x 27 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 9 poz. 1 i 2 . Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 1,2 do osobnego pakietu?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
27. Pakiet nr 9, pozycja nr 1 i 2 – czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów, skalowanych co 5 cm, z dwoma rodzajami popychaczy do wyboru (popychacz inteligentny umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 50 cm oraz popychacz do URS o długości 70 cm); rozmiar cewnika: 4.7, 6.0, 7.0, 8.0 CH, długość 26-28 cm, cewnik jednostronnie otwarty; w zestawie drut o długości 145 cm
Odpowiedź : Nie.
28. **Pakiet 3. Dotyczy pozycji nr 1.** Czy Zamawiający dopuszcza maskę tlenową z drenem dla dorosłych bez oznakowania rozmiaru XL?
Odpowiedź : Tak.
29. **Pakiet 13.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski anestetyczne, będące przedmiotem zamówienia, mają posiadać otwarty, czy napompowany mankiet?
Odpowiedź : Maski mają posiadać napompowany mankiet .
30. **dot. pakietu 3, pozycja 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski w rozmiarze dla dorosłych – z podwójnym uszczelnieniem podbródka. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
31. **dot. pakietu 7, pozycja 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wykonanej z materiału medycznego, mankiet pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, wzmocnienie koniuszka mankieta zabezpieczającego przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kątem 70-90). Znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki intubacyjnej z użyciem bronchofiberoskopu, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta umieszczone na masce, bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI, rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
32. **dot. pakietu 7, pozycja 2.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu nr 7.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
33. **dot. pakietu 11.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh i Miller od 0-4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z ABS, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376-3. Łyżka o wysokiej transmisji światła, gładka powierzchnia łyżki o matowym wykończeniu nie objająca światła od łopatki. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE oraz symbol jednorazowego użytku umieszczone na łyżce. Opakowanie papier – folia.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
34. **Pytanie 5, dot. pakietu 13.** Czy Zamawiający wymaga aby maska anestetyczna zastępowała jednym rozmiarem dwa tradycyjne rozmiary maski? Tj. aby rozmiar 3 odpowiadał tradycyjnej masce w rozmiarze 3-5 oraz rozmiar 4 odpowiadał tradycyjnej masce w rozmiarze 5-6?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
35. **Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 210cm x 160cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. Odpowiedź dot. poz. 2 .
36. **Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiej długości prześcieradeł papierowych oczekuje? 50mb czy 80mb?
Odpowiedź : 50 mb.
37. **Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu bez numeru seryjnego na łyżce. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.
38. **Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu w opakowaniu folia papier, bez numeru seryjnego? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

39. **Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'34 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 375 op. a'34 szt.?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
40. **Dotyczy Pakiet nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 800 op. a'20 szt.?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
41. **Dotyczy Pakiet nr 18 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylne pokrowiec na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .
42. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1
Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
- w wysokości 10% ceny netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
 - w wysokości 0,1% wartości **brutto** niezrealizowanej **części** dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy**;
 - w wysokości 10 % ceny netto niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 3 niniejszej umowy .
- Odpowiedź : Zamawiający informuje, że § 7 ust. 1 będzie brzmiał następująco :**
Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
- w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
 - w wysokości 0,1% wartości **brutto** niezrealizowanej **części** dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy**;
 - w wysokości 10 % ceny brutto niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 3 niniejszej umowy
43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 wzoru umowy poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź : Tak.
44. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
45. **Pakiet 6 poz. 2.** Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 6 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Odpowiedź : Nie.
46. **Pakiet 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następującej specyfikacji:
- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo?
- Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.
47. **Pakiet 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następującej specyfikacji:

- wykonana z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie
- możliwość pracy w MRI
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

48. **Pakiet 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny o rozmiarze 2,5 mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ

49. **Pakiet 19 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „rozmiar kodowany kolorem”?

Odpowiedź : Nie.

50. **Pakiet 19 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki”?

Odpowiedź : Nie.

51. **Dotyczy wzoru umowy.** Prosimy o wskazanie dokładnego adresu dostaw.

Odpowiedź : Szpital Zachodni ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki .

52. **Dotyczy część VIII i IX SIWZ.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. W części VIII widnieje informacja „nie dotyczy”, a w części IX pkt 4 jest informacja, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

53. **Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy.** Czy w związku z powyżej przytoczonym zapisem umowy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na specyfikę pracy szpitala.

54. **Dotyczy wzoru umowy.** Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

1. *Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.*
2. *Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.*
3. *Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.*

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

55. **Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy .** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego i modyfikację ww. zapisu na: Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku **trzykrotnego:** (...)

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

56. **Dotyczy pakietu 5, poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do nakłucia lędźwiowego w rozmiarze 0,5 x 25mm (zamiast 0,6x19mm) oraz 0,7 x 65-75mm, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

57. **Dotyczy pakietu 5, poz. 6 i 7.** Prosimy o doprecyzowanie czy kranik ma być wyposażony w trójramienne białe pokrętło, z możliwością obrotu o 360 stopni?
58. **Dotyczy pakietu 5, poz. 6 i 7.** Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany kranik ma być wykonany z poliwęglanu, materiału pozwalającego na bezpieczną podaż tłuszczu i chemioterapeutyków, sterylizowany radiacyjnie jak obecnie stosowane?
59. **Dotyczy pakietu 5, poz. 6.** Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany kranik ma posiadać objętość wypełnienia max 0.8ml?
60. **Dotyczy pakietu 5, poz. 7.** Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany kranik ma posiadać objętość wypełnienia max 5,5 ml?

Dot. pkt. 57-60. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 5 poz. 6 i 7 następująco :

Poz. 6 . Kranik trójdrożny z drenem 10 cm, jałowy, wyposażony w trójramienne białe pokrętło z możliwością obrotu o 360 stopni , wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczu i chemiterapeutyków. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 3 bary. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP, sterylizowany radiacyjnie . Kranik ma posiadać objętość wypełnienia max 0,8 ml.

Poz. 7. Kranik trójdrożny z drenem 100 cm, jałowy, wyposażony w trójramienne białe pokrętło z możliwością obrotu o 360 stopni, wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczu i chemiterapeutyków. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 3 bary. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP, sterylizowany radiacyjnie . Kranik ma posiadać objętość wypełnienia max 5,5 ml.

61. **Dotyczy pakietu 5, poz. 7.** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do wyboru przez Zamawiającego kranika posiadającego dodatkowy port górny oraz kranika bez portu, z przedłużeniem 100 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

62. **Dotyczy pakietu 5, poz. 8.** Prosimy o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarach G 22,23,25,26,27 x 90mm G22 x 130mm, G22 x 180mm, G25 x 119mm Quinckie , cienkościenne o szybkim przepływie z przezroczystą, rowkowaną końcówką, oznaczoną kolorem dla identyfikacji rozmiaru, opakowanie typu blister-pack.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

63. **Dotyczy pakietu 5, poz. 8.** Prosimy o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarach G 22,24,25,27 x 90mm; G 25 x 119mm, G27 x 119 pencil cienkościenne o szybkim przepływie z przezroczystą, rowkowaną końcówką, oznaczoną kolorem dla identyfikacji rozmiaru, opakowanie typu blister-pack.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

64. **Pakiet 5. Poz. 1 .** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do nakłuć, tak jak obecnie stosowane, w rozmiarach 25Gx25mm (zamiast 0,6x19mm) oraz 0,7 x 64-65mm (zamiast 0,7x60mm), jak obecnie stosowane przez Zamawiającego, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

65. **Pakiet 5 . Poz. 6 i 7.** Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony, tak jak obecnie stosowane, w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiającą wizualizację przepływu i ułatwiającą użytkowanie ww. produktu oraz optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie .

66. **Pakiet 5 . Poz. 6 i 7.** Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać obudowę wykonaną z poliwęglanu czyli materiału pozwalającego na bezpieczną podaż tłuszczu i chemioterapeutyków?

Odpowiedź : Tak.

67. **Pakiet 5 poz. 8.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Igle do znieczulenia podpajęczynówkowego j.u. sterylna w rozmiarach G 22, 24, 25, 27 x 90mm; G 22 x 130 mm,

G 22 x180mm, G 25x119 mm, G 27 x 103 mm Point z prowadnicą, cienkościenna, o szybkim wpływie, przezroczysta, rowkowana końcówka, oznaczona kolorem do identyfikacji rozmiaru, opakowanie typu TYVEK.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

68. **Pakiet 6. Poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z mankietem, wykonanej z medycznego PVC, bez DEHP – parametr potwierdzony na pojedynczym opakowaniu, spirala metalowa na całej dł. rurki, całkowicie wtopiona w ściankę rurki, rozmiar rurki umieszczony na rurce intubacyjnej oraz na baloniku kontrolnym, sterylna. Dostępna w rozmiarach: 3,0 do 9,5 co pół.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

69. **Pakiet 6. Poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurka intubacyjna zbrojona posiadała linię RTG od zakończenia spirali do końca rurki co umożliwi precyzyjną kontrolę głębokości wprowadzenia rurki w obrazie RTG.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

70. **Pakiet 6. Poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

71. **Pakiet 6. Poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów podczas trudnej intubacji zakończenie rurki intubacyjnej wolnej od DEHP, powinno być zaprojektowane w sposób zapewniający szczelne przyleganie do prowadnicy lub fiberoskopu chroniąc tym samym przed przypadkowym uszkodzeniem struktur anatomicznych przy wprowadzaniu rurki intubacyjnej.

Odpowiedź : Tak.

72. **Pakiet 7. Poz. 1 .** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

73. **Pakiet 7 Poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maski o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklonowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankieta chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maski wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 14Fr (dla rozmiarów maski 3-5). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części

maski oddechowej maski krztaniowejMaska w rozmiarach: 3 / 4 / 5 i zakresach wagowych odpowiednio: 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

74. **Pakiet 9. Poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail, skalowany co 1cm, z linią pozycyjną , jednostronnie otwarty, z poliuretanu, z zamkiem od strony pęcherza kompatybilnym z zamkiem popychacza sterowalny, zmontowany fabrycznie, przewodnica z wewnętrznym mandrynem dł. 100cm,CH6,7,8 .Długość 26/28/30 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

75. **Pakiet 9 Poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail do URS , skalowanych co 1cm, z linią pozycyjną, jednostronnie otwarty z poliuretanu z zamkiem od strony pęcherza kompatybilnym z zamkiem popychacza, przewodnica z wewnętrznym mandrynem dł.150cm , popychacz dł. minimum 80cm. CH 4,8. Długość 26-28-30 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

76. **Pakiet 9 Poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zestawy cewnik z popychaczem fabrycznie zmontowane, były połączone nawet po usunięciu przewodnicy?

Odpowiedź : Tak.

77. **Pakiet 11.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typu McIntosh, rozmiary 2,3,4, Miller od 0-3. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy, zapewniający trwale mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, i symbol „nie do powtórnego użycia” naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert: 20.01.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 20.01.2020 r. godz. 10:30

.....