



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 25.02.2019 r.

SPS – V. 262.4.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/5/D/19).

Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator jednojamowy o wadze 77g ?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuści.

Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwujamowy o wadze 77g w standardzie DF-1 oraz 78g w standardzie DF-4?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuści.

Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator jednojamowy o wadze 77g ?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuści.

Pakiet 7:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator resynchronizujący o wadze ≤ 81 g?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuści.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści defibrylator resynchronizujący w standardzie IS-4 na lewej komorze z portem DF-4 dla elektrody defibrylującej oraz w standardzie IS-1 na lewej komorze z portem DF-1, Df-4 dla elektrody defibrylującej?

Odpowiedź : W ramach przedstawionej oferty musi istnieć możliwość dostarczenia urządzeń z następującymi układami gniazd

1. DF4 i IS4 – które będzie podstawą dla oceny
2. DF1 i IS1
3. DF4 i IS1
4. DF1 i IS4

Trzy ostatnie zestawy nie powinny ustępować urządzeniu głównemu w punktach wymaganych, mogą mu ustępować w parametrach ocenianych

Pakiet 8:

Czy Zamawiający dopuści Stymulator resynchronizujący bez bezprzewodowej komunikacji z programatorem?

Odpowiedź : Nie, nie dopuści.

Projekt umowy wg załącznika nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający w projekcie umowy dopuści możliwość dostarczenia produktu zamiennego w sytuacji:

- a. wstrzymania lub zakończenia produkcji,
- b. przejściowego braku produktu

- przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Zmiana produktu w takich przypadkach zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający specyfikację produktu zamiennego, pod warunkiem, że Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi sprzeciwu wskazującego na niezgodność parametrów produktu zamiennego z wymaganiami specyfikacji. Cena produktu zamiennego nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy produkt zamienny, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określą jego wartość.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert : 04.03.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 04.03.2019 godz. 10:30

.....

Podpis