



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



International Network of  
**H**Health  
**P**Promoting  
**H**Hospitals & Health Services

Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 18.03.2019 r.

**SPS – V. 262.14.2019**

**Wg rozdzielnika**

*Dotyczy postępowania na dostawę implantów do chirurgii kręgosłupa.*

*Nr sprawy : SPSSZ/13/D/2019*

**Pakiet 6**

**„System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi”**

Jaka ilość (w sztukach) produktu „Śruba biodrowa (Wielosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10mm). Oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule)” wchodzi w skład kompletu?

**Odpowiedź : Śruba 1 szt.**

.....

