



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 12.02.2019 r.

SPS – V. 262.9.2019

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/8/D/19).*

#### Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Czy Zamawiający określając + 8000 badań patologicznych D-dimerów wymagających powtórnego oznaczenia, wymaga doliczenia dodatkowych oznaczeń wynikających z przekroczenia zakresu liniowości 4000 ng/mlFEU ?  
**Odpowiedź :** Tak.
2. Czy oznaczenie anty Xa w pozycji 7 to oznaczenie heparyny drobnocząsteczkowej?  
**Odpowiedź :** Tak.
3. Czy Zamawiający wymaga oryginalnych odczynników producenta analizatora ?  
**Odpowiedź :** Tak.
4. Czy Zamawiający oceni odczynnik do antytrombiny ciekłej oraz ciekłą kontrolę do d-dimer gotowe do użycia równocześnie z ciekłym odczynnikiem do fibrynogenu?  
**Odpowiedź :** Nie.
5. Czy Zamawiający oceni równocześnie prekalibrowane testy do PT, DD i fibrynogenu z ofertą, w której te testy kalibrowane są jedynie raz na serię odczynnika , czyli maksymalnie 1 raz w roku ze względu na długie serie odczynnikowe?  
**Odpowiedź :** Tak.
6. Czy Zamawiający oceni równocześnie ze stabilnością na pokładzie fibrynogenu powyżej 7 dni stabilność odczynnika do PT powyżej 7 dni?  
**Odpowiedź :** Nie.
7. Czy możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia ma być udokumentowana oryginalną metodyką z analizatora (metoda oryginalna a nie samodzielna modyfikacja użytkownika)? Czy metoda ma umożliwiać podgląd krzywych reakcji krzepnięcia umożliwiający ocenę prawidłowości przebiegu reakcji krzepnięcia?  
**Odpowiedź :** Nie.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert : 18.02.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 18.02.2019 r. godz. 11:30

.....  
Podpis