



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 23.10.2020 r.

SPS – V. 262.76.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
(Nr procedury SPSSZ/46/D/20).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1.

Dotyczy punktu 30 z załącznika nr 7

Prosimy o potwierdzenie że w SIWZ wkradł się błąd i Zamawiający popełnił omyłkę pisarską wymagając regulacji uchylności (Steer) wiązki Dopplera min +/-200? Pragniemy podkreślić że ten parametr nie występuje w takich wartościach u żadnego producenta USG i jest niemożliwy do uzyskania w /w/ funkcji. Czy zamawiający miał na myśli wartość 20° (stopni)?

Odpowiedź 1.

W trakcie zapisu nastąpiła omyłka pisarska, parametr 200 w poprawnym zapisie powinien zostać zapisany jako 20° (stopni).

Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o przesłanie załączników do postępowania SPSSZ/46/D/2020 w formie edytowalnej.

Odpowiedź 2.

Załączniki w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie internetowej w katalogu postępowania przetargowego.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.