

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny**  
**Szpital Zachodni**  
**im. św. Jana Pawła II**  
**05-825 Grodzisk Mazowiecki**  
**ul. Daleka 11**  
**tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10**  
**Adres strony internetowej: [www.szpitalzachodni.pl](http://www.szpitalzachodni.pl)**

**Nr procedury: SPSSZ/52/D/20**

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW**  
**ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZY:’**

**dostawy fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu  
pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim.**

**ZATWIERDZAM:**

.....

Niniejsza specyfikacja zawiera 46 ponumerowanych stron.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.**

**Nr procedury SPSSZ/52/D/20**

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.
4. Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wykonawca wskaże w ofercie które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
9. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
12. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz z oznaczeniem:  
**Oferta na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19  
nie otwierać przed 16.11.2020 r. godz. 10.30**
14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 13, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
16. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2020 r. pod nr 607580-N-2020 oraz na stronie internetowej [www.szpitalzachodni.pl](http://www.szpitalzachodni.pl)
17. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 46 strony ponumerowane .
18. **Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:**
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.
  - 2) Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, kontakt: [iod@szpitalzachodni.pl](mailto:iod@szpitalzachodni.pl)
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) posiada Pani/Pan:
    1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
    5. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    7. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **CZEŚĆ OGÓLNA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej w treści „Ustawą”). W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

### **I. ZAMAWIAJACY:**

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN – N 18001 : 2004; PN – EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001 : 2009

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19.

## **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19.  
**Uwaga!** W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek produkt poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych produktów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w SIWZ. Wszelkie normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w SIWZ i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
2. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: 34114122-0 Pojazdy do transportu chorych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

## **III. Termin realizacji zamówienia.**

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: do 5 dni roboczych od podpisania umowy.

## **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- **Nie podlegają wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);
- **Nie podlegają wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne);

### **1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

**a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**c) Zdolności technicznej i zawodowej**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej dostawy karetki transportowej typu „B” o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % wartość oferty, którą Wykonawca składa w niniejszym postępowaniu.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

- podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
    - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
    - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 3 rozdział V.
  4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
    - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
    - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
    - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13÷23 i ust. 5.
  6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24.**

### **1. Podstawy wykluczenia.**

- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- 2) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181÷188, art. 189a, art. 218÷221, art. 228÷230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270÷309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  - c) skarbowe,
  - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;
- 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.**

## **2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:**

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

**VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:**

- a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ)
- b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
- c) Specyfikacja Techniczna sporządzona i wypełniona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
- d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ w pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5.**

*Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.*

**1. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**

- okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

- wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
- okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy:
    - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
    - oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r., poz. 305 z późn. zm).
    - Oświadczenie o spełnieniu warunków i wymagań Unii Europejskiej dla samochodów osobowych,
    - Katalogi, opisy techniczne, w tym ulotki dot. przedmiotu zamówienia lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
  - okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy:
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
  5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
  7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3: lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  8. Dokument, o których mowa w pkt. 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
  10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja



przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.**

#### **VII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na piśmie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem pod nr tel. 0-22 755-91-10 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: [zp.borkowski@szpitalzachodni.pl](mailto:zp.borkowski@szpitalzachodni.pl) - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
**Ireneusz Borkowski**  
**tel: 0-22 755 91 15; fax: 0-22 755 91 10**  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

#### **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- nie dotyczy.

#### **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.**

- 1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.
- 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
- 4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 – w kancelarii (pok. Nr 50) nie później niż do dnia **16.11.2020 r. do godz. 10.00**.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **16.11.2020 r.** o godzinie **10.30** w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr 3.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

## **XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:  
Na podstawie Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik. Nr 2 do SIWZ, Wykonawcy: określi ceny dla każdego pojazdu.
2. Wykonawca poda wartość dla każdego pojazdu oddzielnie, oraz doliczy podatek VAT.
3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
4. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie stosuje Wykonawca.
5. Cena oferty nie będzie wyrażona w walucie obcej.
6. **Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

## **XII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami :

Cena brutto	60%
Moc silnika	10%
Gwarancje	30%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

**Kryterium ceny C:** będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę, zgodnie z SIWZ, na podstawie wzoru:

$$C = (\text{cena najniższa spośród złożonych ofert} / \text{cena badanej oferty}) \times 60\%,$$

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma w tym kryterium max. 60 %

**Kryterium Moc silnika M:** - Wykonawca otrzyma ilość punktów przyznanych badanej ofercie według poniższego zestawienia:

do 100 KM – 0%

powyżej 100 KM – 10%

Wykonawca, który zaoferuje samochód z silnikiem o najwyższej mocy, w tym kryterium otrzyma max. 10 %

**Kryterium Gwarancja G:** - Wykonawca otrzyma ilość punktów przyznanych badanej ofercie proporcjonalnie do okresu gwarancji na podstawie wzoru:

$$G = \frac{\text{badana wartość gwarancji (w miesiącach)}}{\text{największa oferowana wartość gwarancji (w miesiącach)}} \times 30\%$$

- a) gwarancja na pojazd bazowy bez limitu km:

- do 12 miesięcy – 0 pkt
  - powyżej 12 miesięcy do 10 pkt,
- b) gwarancja na przedział medyczny:
- do 12 miesięcy – 0 pkt
  - powyżej 12 miesięcy do 5 pkt,
- c) gwarancja na sprzęt medyczny:
- do 12 miesięcy – 0 pkt
  - powyżej 12 miesięcy do 5 pkt,
- d) gwarancja na powłoki lakiernicze
- do 24 miesięcy – 0 pkt
  - powyżej 24 miesięcy do 10 pkt

W kryterium gwarancja punkty z poszczególnych ocenianych gwarancjach zostaną zsumowane zgodnie z wzorem a) + b) + c) + d) i oferent otrzyma sumaryczną wartość punktową w tym kryterium.

Łączna maksymalna ilość punktów jaka zostanie przyznana w tym kryterium wynosi 30 pkt.

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wartości punktowej wszystkich kryteriów zgodnie z wzorem:**

$$W = C + M + G$$

**Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”,

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

**Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.**

### **XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej w treści „Ustawą”).

#### **XIV. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.**

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

#### **XV. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.**

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki, o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.

#### **XVI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

#### **XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.**

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 za wyjątkiem:
  - 1) Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie – w takim wypadku termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Zdarzenia siły wyższej obejmują m.in.: wojny, rewolucje, zamieszki, strajki, pandemie itp. oraz zdarzenia żywiołowe: powódzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia itp.
  - 2) Zmian w zakresie dotyczącym wymagań technicznych samochodu, jeżeli będzie to wynikało z:
    - pojawieniu się na rynku już po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów lub uzyskanie korzystniejszym parametrów technicznych
    - zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
    - zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm – umowa będzie podlegać zmianie w takim zakresie w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów
  - 3) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,

- 4) zmiany danych Sprzedającego (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.).
2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

### **XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców
  - 1.1. podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację,
  - 1.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 1.3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w pkt. 1.1. na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

#### **Załączniki:**

- Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ)
- Wzór specyfikacja techniczna (Załącznik 2 do SIWZ)
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3 do SIWZ)
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SIWZ)
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 5 do SIWZ)
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 6 do SIWZ)
- Oświadczenie o spełnianiu norm i rozporządzeń (Załącznik 7 do SIWZ)
- Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik 8 do SIWZ)
- Projekt umowy (Załącznik 9 do SIWZ).



Piecątka firmowa Wykonawcy

## O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .....

.....

.....

Numer telefonu / faxu .....

Adres e-mail .....

Numer NIP i Regon .....

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-800 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w

**przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19,**

z dnia 06.11.2020 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607580-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

1.

A. Oferuję wykonanie zamówienia za łączne wynagrodzenie:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączne wynagrodzenie:

Cena netto: ....., słownie: .....

kwota VAT: ....., słownie: .....

cena brutto: ....., słownie: .....

B. Warunki gwarancji:

Okres gwarancji na pojazd bazowy bez limitu km ..... miesięcy

Okres gwarancji na lakier ..... miesięcy

Okres gwarancji na przedział medyczny ..... miesięcy

Okres gwarancji na sprzęt medyczny ..... miesięcy

C. w terminie: **do 5 dni roboczych od podpisania umowy.**

D. przy warunkach płatności: pierwsza rata w wysokości do 60% ceny brutto wynagrodzenia płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejna rata zapłacona zostanie w terminie do 15 stycznia 2021 r.

2. Oświadczam, że uważam się za związanym(a) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że oferowana dostawa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

5. Oświadczam, że dostawa będzie wykonywana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

**Wykonawca jest: małym\* / średnim\*/ dużym\* przedsiębiorstwem**

*\* niepotrzebne skreślić*

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy :

.....

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień :

.....

6. Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):

6.1. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

6.2. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów /usług:.....

Wartość towaru /usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto\*.

*\* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.


8. Oświadczam, że wszystkie zatrudnione przeze mnie osoby które będą realizowały usługę, wszelkie informacje, uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym imię i nazwisko, adres i numer telefonu/ów, będą traktowały jako poufne w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu i nie będą ich przekazywały osobom postronnym.

9. Załączniki do oferty:

- Specyfikacja techniczna – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
- Oświadczenie wykonawcy – zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ
- Oświadczenie wykonawcy – zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ
- oświadczenie o spełnianiu norm i rozporządzeń – zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ
- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

.....  
Podpis i pieczętka upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....  
Miejscowość, data



Pieczętka firmowa Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19.**

Lp.	Wymagane parametry	Tak / Oferowany parametr
<b>Ogólne</b>		
1.	Typ pojazdu – B Producent/Typ/Model	
2.	Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany	
3.	Rok produkcji – nie starszy niż 2020r. - podać	
4.	Gwarancja - na pojazd bazowy (min 12 miesięcy) bez limitu kilometrów - podać	
5.	Gwarancja - na lakier (min 24 miesiące) bez limitu kilometrów - podać	
6.	Gwarancja na przedział medyczny (min.12 miesięcy) – podać	
7.	Gwarancja na sprzęt medyczny – (min. 12 miesięcy)- podać	
8.	Certyfikat Zgodności lub Deklaracja Zgodności z normą PN EN 1789 dla Ambulansu Medycznego	
9.	Certyfikat Zgodności lub Deklaracja Zgodności z normą PN EN 1865 dla Sprzętu Medycznego.	
10.	Dostawa ambulansu do siedziby Zamawiającego lawetą	
11.	Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: a) kartę pojazdu, b) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego c) instrukcję obsługi pojazdu d) książkę obsług przeglądów pojazdu e) kartę gwarancyjną pojazdu f) deklarację zgodności ambulansu z normą g) dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację	
12.	Przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń w pojeździe	
<b>I. NADWOZIE</b>		
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z	



	tworzywa sztuczne w kolorze białym. DMC 3,5 tony.	
2	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy; Fotel pasażera i kierowcy z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego. Fotele wyposażone w podłokietniki.	
3	Fotel pasażera i kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	
4	Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m	
5	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m	
6	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m .	
7.	Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 260° z systemem blokowania przy otwieraniu.	
8.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą,	
9.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu,	
10.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby	
10.	Lakier w kolorze żółtym. (w zakresie koloru żółtego Zamawiający nie wymaga ale preferuje lakier RAL1016)	
12.	Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.	
13.	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny.	
14	Stopień wejściowy wewnętrzny przy drzwiach bocznych poniżej podłogi przedziału medycznego będący wyposażeniem pojazdu bazowego	
<b>II. SILNIK</b>		
1.	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. Pojemność min. 1900 cm <sup>3</sup> .	
2.	Moc silnika minimum 160 KM .	
3	Moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm .	
4.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.	
<b>III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPEŁDU</b>		
1.	Skrzynia biegów manualna min. 6 stopniowa (6 biegów do przodu + bieg wsteczny). Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej lub zautomatyzowanej.	
2.	Napęd na jedną oś (przednią lub tylną)	
3.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny	
4.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej	

	podczas ruszania	
5.	Systemy bezpieczeństwa: asystent bocznego wiatry, asystent ruszania pod górę	
<b>IV. ZAWIESZENIE</b>		
1.	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów	
2.	Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezależne	
<b>V. UKŁAD HAMULCOWY</b>		
1.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.	
2.	Elektroniczny system podziału siły hamowania.	
3.	System wspomagania nagłego hamowania.	
4.	Hamulce tarczowe na obu osiach wentylowane(przód i tył)	
<b>VI. UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
1.	Ze wspomaganiem.	
2.	Regulowana kolumna kierownicy w jednej płaszczyźnie	
3.	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach	
<b>VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
1.	Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	
2.	Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A.	
<b>VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		
1.	Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.	
2.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l	
3.	Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne).	
4.	Nadokienne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera	
5.	Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.	
6.	Klimatyzacja kabiny kierowcy.	
7.	Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (tzw. Climatronic).	
8.	Wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.	
9.	Lusterko wewnętrzne.	

10.	Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie.	
11.	Dodatkowe światło hamowania (trzecie).	
12.	Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik.	
13.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.	
14.	Czujniki parkowania przednie i tylne	

### **Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny**

<b>Lp.</b>	<b>Wymagane parametry</b>	<b>Tak / Oferowany parametr</b>
<b>I. NADWOZIE</b>		
1.	Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.	
2.	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze	
3.	Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym właściwości izolacyjne niegorsze jak materiał izolujący ściany i sufit (podać rodzaj materiału izolacyjnego i jego grubość)	
4.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)	
<b>II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA</b>		
1.	Nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik o mocy min. 5 kW	
2.	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V	
3.	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne	
4.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju	
5.	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).	

6.	W przedziale medycznym automatyczny system schładzania i ogrzewania po ustawieniu zadanej temperatury wykorzystujący klimatyzację i urządzenia grzewcze	
7.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm × 350 mm. (dopuszcza się szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego) wyposażony w roletę oraz moskitierę.	
<b>III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
<b>1. Instalacja dla napięcia 230V w komplecie:</b>		
a)	minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V)	
b)	dodatkowe gniazdo USB na desce rozdzielczej po stronie pasażera	
c)	kabel zasilający o długości min. 10m,	
d)	zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,	
e)	wyłącznik przeciwporażeniowy,	
f)	automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V	
g)	grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu,	
h)	przetwornica o mocy min. 1000 W prąd w sinusie z wyłącznikiem	
i)	gniazdo USB w przedziale medycznym	
j)	Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przełącznik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.	
<b>2. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego:</b>		
a)	powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,	
b)	powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego	
c)	powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia led z regulacją kąta umieszczone nad noszami	
d)	oświetlenie punktowe led blatu roboczego – minimum 1 punkt,	
<b>3. Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący:</b>		
a)	informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu	

b)	z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)	
c)	informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (informacja ta może być podawana bezpośrednio na urządzeniu)	
d)	sterujący oświetleniem przedziału medycznego	
e)	sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego	
f)	zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury	
g)	Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.	

#### **4. Kabina kierowcy ma być wyposażona w system:**

a)	informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych	
b)	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V.	
c)	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.	
d)	informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego	
e)	sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)	
f)	ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego	
g)	Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.	

### **IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE**

#### **IV a. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA**

1.	W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED (niskoprofilowa) ze światłami roboczymi do oświetlenia miejsca akcji oraz z podświetlanym napisem AMBULANS	
2.	Na wysokości pasa przedniego dwie niebieskie lampy pulsacyjnych typu LED.	
3.	W tylnej części dachu pojazdu pojedyncza lampa typu LED lub belka świetlna typu LED (niskoprofilowa)	
4.	Sygnal dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami	
5.	Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne. Włączane osobnym przyciskiem w	

	łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej.	
<b>IV b. OZNACZENIE POJAZDU</b>		
1.	3 pasy odblaskowe zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego wykonanych z folii	
a)	typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli	
b)	typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu	
c)	typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)	
2.	z przodu pojazdu napis: zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego	
3.	oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego	
4.	Po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm	
5.	Nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS: barwy czerwonej o wysokości co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu.	
6.	Po obu bokach pojazdu nadruk stanowiący logo Szpitala w Giżycku	
7.	Oznaczenie dachu pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o oznaczeniu systemu PRM	
<b>V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI</b>		
1	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi:	
a)	zakres częstotliwości -168-170 MHz,	
b)	współczynnik fali stojącej -1,6,	
c)	polaryzacja pionowa,	
d)	charakterystyka promieniowania –dookólna,	
e)	odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.	
f)	Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu przewoźnego.	

<b>VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>		
1.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.	
2.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.	
3.	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia.	
4.	Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z wyposażony w dwa podłokietniki, bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami	
5.	Przy ścianie działowej jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia kluczy, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w dwa podłokietniki, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,	
6.	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie (minimalna wysokość przejścia 1650 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789.	
<b>VII. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO</b>		
1.	<b>Zabudowa specjalna na ścianie działowej</b> <b>*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)</b>	
a)	Przy drzwiach prawych przesuwnych szafka z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady:	
b)	Pojemnik na zużyte igły,	
c)	Kosz na odpady.	
d)	Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury umożliwiający przewożenie płynów (co najmniej 8 sztuk po 500 ml) w pozycji pionowej	

e)	Miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,	
f)	Przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.	
2	<b>Zabudowa specjalna na ścianie prawej</b> <b>*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)</b>	
a)	Minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,	
b)	Uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400 l przy ciśnieniu 150 at,	
c)	Uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,	
d)	Przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego	
e)	Przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. - załączanie przetwornicy prądu 12/230V, - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza,	
f)	Funkcja osuszania powietrza w przedziale medycznym zmniejszająca poziom wilgotności ograniczająca rozwój bakterii i wirusów (realizowana poprzez łączne działanie klimatyzacji urządzeń grzewczych)	
h)	Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3.	
3.	<b>Zabudowa specjalna na ścianie lewej</b> <b>*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)</b>	



a)	Minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,	
b)	Pod szafkami dwa pojedyncze panele z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazda 12V (min. 3 szt.).	
4.	Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży płaski panel informacyjny o wymiarach min. 600×600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie.	
5.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. Pojemników.	
6.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.	
7.	Na ścianie lewej przygotowane fabrycznie miejsce do montażu sprzętu medycznego, co najmniej : defibrylatora, respiratora, ssaka, 2 pomp infuzyjnych.	
8.	Centralna instalacja tlenowa (bez butli i reduktorów) z uchwytami umieszczonymi w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwными	
a)	Minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej	
b)	Konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych 10 l oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.	
c)	Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.	
d)	Sufitowy wtyk tlenowy umiejscowiony tak aby personel medyczny nie był narażony na uszkodzenie głowy, z przepływomierzem na ścianie prawej	
e)	Uchwyty i miejsce nocowania butli muszą być przystosowane do butli z zaworem typu LIV dla wszystkich rodzajów butli	
9.	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę,	
10.	System szyn podłogowych z przesuwными panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji	

	oferowanej marki i modelu ambulansu i odpowiada wymogom normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3.	
<b>VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.	
2.	Radioodtworacz w kabinie kierowcy	
3.	Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem	
4.	Lampka typu kopilot w kabinie kierowcy po stronie pasażera	
5.	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera	
6.	Videorejestrator jazdy w przód + karta pamięci minimum 128 GB, działający również w trybie parkingowym po wyłączeniu zapłonu pojazdu z systemem uniemożliwiającym rozładowanie akumulatorów.	
7.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h.	
<b>IX. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE NOSZE /KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE.</b>		
<b>NOSZE</b>		
1	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczone przed korozją	
2	Przystosowanie do prowadzenia reanimacji.	
3	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	
4	Płynna regulacji nachylenia oparcia pod plecami – 85°.	
5	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.	
6	Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy.	
7	Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna.	
8	Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne.	
9	Składane poręcze boczne składane jedną ręką.	

10	Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy.	
11	Waga 22 pomiędzy 20÷24 kg	
12	Obciążenie dopuszczalne min 220 kg.	
13	Nosze certyfikowane zgodnie z najnowszą normą PN EN 1865:1 2010.	
14	Gwarancja minimum 12 miesiące	
<b>KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE</b>		
1	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczone przed korozją	
2	Wyposażane w system płozowy do transportu pacjenta po schodach.	
3	Wyposażone w oparcie mocowane fabrycznie na stałe, o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywanie i umożliwiające dezynfekcję.	
4	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.	
5	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w minimum trzech pozycjach	
6	Dwa obrotowe koła w zakresie 360°.	
7	System mocowania krzesła w ambulansie zgodny z normą PN1789	
8	Waga krzesła z zainstalowanym systemem płozowym max. 15 kg. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-4	
9	Maksymalne rozmiary po złożeniu 100 cm × 52 cm × 20 cm	
10	Minimum trzy pasy poprzeczne służące do zapinania pacjenta	
11	udźwig minimum 220 kg	
12	Deklaracja zgodności CE.	
13	GWARANCJA– min .12 miesiące	

.....  
*(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy .....

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,**

oświadczam, co następuje:

**(1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.
- b) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1÷8 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....

.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**(2) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**(3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu / faxu .....

Adres e-mail .....

Numer NIP: ..... i Regon .....

### **Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Nr .....**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim**, oświadczam, co następuje:

#### **1) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w Rozdziale IV .

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

#### **2) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie: .....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)


### **3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)



Pieczętka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim**

Niniejszym oświadczam, **że należę/ nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

#### Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

L.p.	Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....  
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

#### **UWAGA!**

Oświadczenie należy złożyć w **terminie 3 dni** od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim **w okresie do 5 dni roboczych od podpisania umowy** do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
2. Oferowany samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane w roku 2020. Musi być zgodny z opisem i wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Dostawa dokonana zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na podstawie podpisanej umowy.
4. Wykonawca dostarczy samochód zgodnie z oświadczeniem wg Załącznika nr 7.
5. Wymagania:

### OGÓLNE.

1. Typ pojazdu – B
2. Pojazd fabrycznie nowy - nieużywany
3. Rok produkcji - nie starszy niż 2020
4. Gwarancja na pojazd bazowy – min 12 miesiące bez limitu kilometrów
5. Gwarancja na przedział medyczny – min 12 miesiące
6. Gwarancja na lakier minimum 24 miesięcy
7. Gwarancja na sprzęt medyczny minimum 12 miesiące
8. Certyfikat Zgodności lub Deklaracja Zgodności z normą PN EN 1789 dla Ambulansu Medycznego
9. Certyfikat Zgodności lub Deklaracja Zgodności z normą PN EN 1865 dla Sprzętu Medycznego.
10. Dostawa ambulansu do siedziby Zamawiającego lawetą
11. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaze:
  - a) kartę pojazdu,.
  - b) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego
  - c) instrukcję obsługi pojazdu
  - d) książkę obsług przeglądów pojazdu
  - e) kartę gwarancyjną pojazdu
  - f) deklarację zgodności ambulansu z normą
  - g) dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację
12. Przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń w pojeździe

### NADWOZIE

1. Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. DMC 3,5 tony.
2. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy.
3. Fotel pasażera i kierowcy z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego. Fotele wyposażone w podłokietniki.
4. Fotel pasażera i kierowcy z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego. Fotele wyposażone w podłokietniki.
5. Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m
6. Długość przedziału medycznego min. 3,25 m
7. Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m .
8. Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 260° z systemem blokowania przy otwieraniu.
9. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą,

10. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby
11. Lakier w kolorze żółtym.
12. (w zakresie koloru żółtego Zamawiający nie wymaga ale preferuje lakier RAL1016)
13. Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.
14. Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny.
15. Stopień wejściowy wewnętrzny przy drzwiach bocznych poniżej podłogi przedziału medycznego będący wyposażeniem pojazdu bazowego.

#### **SILNIK**

1. Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. Pojemność min. 1900 cm<sup>3</sup>.
2. Moc silnika minimum 160KM
3. Moment obrotowy nie mniejszy niż 360Nm
4. Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.

#### **ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU.**

1. Skrzynia biegów manualna min. 6 stopniowa (6 biegów do przodu + bieg wsteczny). Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej lub zautomatyzowanej.
2. Napęd na jedną oś (przednią lub tylną)
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny
4. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania
5. Systemy bezpieczeństwa: asystent bocznego wiatru, asystent ruszania pod górę

#### **ZAWIESZENIE.**

1. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów
2. Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezależne.

#### **UKŁAD HAMULCOWY.**

1. System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
2. Elektroniczny system podziału siły hamowania.
3. System wspomagania nagłego hamowania.
4. Hamulce tarczowe na obu osiach wentylowane(przód i tył)

#### **UKŁAD KIEROWNICZY.**

1. Ze wspomaganiem.
2. Regulowana kolumna kierownicy w jednej płaszczyźnie
3. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

#### **INSTALACJA ELEKTRYCZNA.**

1. Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
2. Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A.

#### **WYPOSAŻENIE POJAZDU.**

1. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.
2. Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L.
3. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne).
4. Nadokienne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera
5. Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.
6. Klimatyzacja kabiny kierowcy.
7. Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (tzw. Climatronic).

8. Wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.
9. Lusterko wewnętrzne.
10. Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie
11. Dodatkowe światło hamowania (trzecie).
12. Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik.
13. Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
14. Czujniki parkowania przednie i tylne

## **WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY.**

### **NADWOZIE.**

1. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
2. Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze
3. Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym właściwości izolacyjne niegorsze jak materiał izolujący ściany i sufit (podać rodzaj materiału izolacyjnego i jego grubość)
4. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)

### **OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA.**

1. Nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik o mocy min. 5 kW
2. Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V
3. Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne
4. Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju
5. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).
6. W przedziale medycznym automatyczny system schładzania i ogrzewania po ustawieniu zadanej temperatury wykorzystujący klimatyzację i urządzenia grzewcze
7. Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego) wyposażony w roletę oraz moskitierę.

### **INSTALACJA ELEKTRYCZNA.**

- I. Instalacja dla napięcia 230V :
  1. minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V)
  2. dodatkowe gniazdo USB na desce rozdzielczej po stronie pasażera
  3. kabel zasilający o długości min. 10m,
  4. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,

5. wyłącznik przeciwporażeniowy,
6. automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V
7. grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu,
8. przetwornica o mocy min. 1000 W prąd w sinusie z wyłącznikiem
9. gniazdo USB w przedziale medycznym
10. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.

## II. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego:

1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,
2. powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego
3. powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia led z regulacją kąta umieszczone nad noszami
4. oświetlenie punktowe led blatu roboczego – minimum 1 punkt,
5. Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (informacja ta może być podawana bezpośrednio na urządzeniu):
  - a) sterujący oświetleniem przedziału medycznego
  - b) sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
  - c) zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
  - d) zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.
6. Kabina kierowcy ma być wyposażona w system:
  - a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
  - b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
  - c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
  - d) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
  - e) sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)
  - f) ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
  - g) Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.

## **SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE.**

### **SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA:**

1. W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED (niskoprofilowa) ze światłami roboczymi do oświetlania miejsca akcji oraz z podświetlanym napisem AMBULANS
2. Na wysokości pasa przedniego dwie niebieskie lampy pulsacyjnych typu LED.
3. W tylnej części dachu pojazdu pojedyncza lampa typu LED lub belka świetlna typu LED (niskoprofilowa)
4. Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami
5. Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne. Włączane osobnym przyciskiem w łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej.

### **OZNACZENIE POJAZDU:**

1. 3 pasy odblaskowe zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego wykonanych z folii:
  - a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
  - b) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu
  - c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
  - d) przodu pojazdu napis: zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
  - e) oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
  - f) Po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40cm, o grubości linii koła i liter 4 cm
  - g) Nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS: barwy czerwonej o wysokości co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu.
  - h) Oznaczenie dachu pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o oznaczeniu systemu PRM

### **WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI.**

1. Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi:
2. zakres częstotliwości -168-170 MHz, współczynnik fali stojącej -1,6, polaryzacja pionowa,
3. charakterystyka promieniowania –dookólna,
4. odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.
5. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu przewoźnego.

### **PRZEDZIAŁ MEDYCZNY.**

1. Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.
2. Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.
3. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia
4. Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z wyposażony w dwa podłokietniki, bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami
5. Przy ścianie działowej jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezłowania noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia kluczy, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w dwa podłokietniki, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,
6. Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie (minimalna wysokość przejścia 1650 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789.

## WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO.

1. Zabudowa specjalna na ścianie działowej  
\*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)
  - a) Przy drzwiach prawych przesuwnych szafka z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady;
  - b) Pojemnik na zużyte igły,
  - c) Kosz na odpady.
  - d) Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury umożliwiający przewożenie płynów (co najmniej 8 sztuk po 500 ml) w pozycji pionowej
  - e) Miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,
  - f) Przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.
2. Zabudowa specjalna na ścianie prawej  
\*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)
  - a) Minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,
  - b) Uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at,
  - c) Uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,
  - d) Przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego
  - e) Przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający:
    - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),
    - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V,
    - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji.
    - załączanie przetwornicy prądu 12/230V,
    - sterowanie głośnikiem radiotelefonu,
    - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza,
  - f) Funkcja osuszania powietrza w przedziale medycznym zmniejszająca poziom wilgotności ograniczająca rozwój bakterii i wirusów (realizowana poprzez łączne działanie klimatyzacji urządzeń grzewczych)
  - g) Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3.
3. Zabudowa specjalna na ścianie lewej  
\*(dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą)
  - a) Minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do

- segregacji przewożonego tam wyposażenia,
- b) Pod szafkami dwa pojedyncze panele z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazda 12V (min. 3 szt.).
  - c) Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży płaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie.
  - d) Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. Pojemników.
  - e) Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
  - f) Na ścianie lewej przygotowane fabrycznie miejsce do montażu sprzętu medycznego, co najmniej defibrylatora, respiratora, ssaka, 2 pomp infuzyjnych.
  - g) Centralna instalacja tlenowa (bez butli i reduktorów) z uchwytami umieszczonymi w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwными
  - h) Minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej
  - i) Konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych 10 l oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
  - j) Sufitowy wtyk tlenowy umiejscowiony tak aby personel medyczny nie był narażony na uszkodzenie głowy, z przepływomierzem na ścianie prawej
  - k) Uchwyty i miejsce mocowania butli muszą być przystosowane do butli z zaworem typu LIV dla wszystkich rodzajów butli
  - l) Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę,
  - m) System szyn podłogowych z przesuwными panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu i odpowiada wymogom normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3.

#### **WYPOSAŻENIE POJAZDU.**

1. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.
2. Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy
3. Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem
4. Lampka typu kopilot w kabinie kierowcy po stronie pasażera
5. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera
6. Videorejestrator jazdy w przód + karta pamięci minimum 128 GB, działający również w trybie parkingowym po wyłączeniu zapłonu pojazdu z systemem uniemożliwiającym rozładowanie akumulatorów.
7. Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h.

#### **WYPOSAŻENIE MEDYCZNE.**

1. Krzeselko kardiologiczne - płozowe
  - a) wykonane z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczone przed korozją
  - b) Wyposażane w system płozowy do transportu pacjenta po schodach.
  - c) Wyposażone w oparcie mocowane fabrycznie na stałe, o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywanie i umożliwiające dezynfekcję.

- d) Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.
- e) Wysuwane uchwyty przednie blokowane w minimum trzech pozycjach
- f) Dwa obrotowe koła w zakresie 360°.
- g) System mocowania krzesła w ambulansie zgodny z normą PN1789
- h) Waga krzesła z zainstalowanym systemem płozowym max. 15 kg. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-4
- i) Maksymalne rozmiary po złożeniu 100 cm x 52 cm x 20 cm
- j) Minimum trzy pasy poprzeczne służące do zapinania pacjenta
- k) udźwig minimum 220kg
- l) Deklaracja zgodności CE.
- m) GWARANCJA– min .12 miesiące

### **NOSZE**

Wykonane z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczone przed korozją.

- n) Przystosowanie do prowadzenia reanimacji.
- o) Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
- p) Płynna regulacji nachylenia oparcia pod plecami – 85°.
- q) Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
- r) Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy.
- s) Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy.
- t) Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna.
- u) Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne.
- v) Składane poręcze boczne składane jedną ręką.
- w) Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy.
- x) Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
- y) Odblaskowe oznaczenia.
- z) Waga 22 kg.
- aa) Obciążenie dopuszczalne 250 kg.
- bb) Nosze certyfikowane zgodnie z najnowszą normą PN EN 1865:1 2010.
- cc) Gwarancja minimum 12 miesiące



**Nazwa Wykonawcy**

.....

**Adres Wykonawcy** .....

**Numer telefonu / faxu** .....

**Adres e-mail** .....

**Numer NIP:** ..... **i Regon** .....

**OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU NORM I ROZPORZĄDZEŃ**

Dot. postępowania przetargowego: **„dostawa fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”**

Zaoferowane samochody dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w tym szczególnie spełniają wymagania określone w:

- (1) spełnia warunki określone w ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
- (2) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r., poz. 305 z późn. zm).
- (3) spełnia warunki i wymagania Unii Europejskiej dla samochodów osobowych

**2. oraz wymagania ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 6**

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(Podpis i pieczętka upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
(wzór)

bez zastrzeżeń\*/ z zastrzeżeniami\*

**Wykonawca:** .....

w imieniu którego przekazania dokonuje:

.....

**W imieniu Zamawiającego: Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11**

odbioru dokonują:

.....

.....

**Potwierdzamy przyjęcie do eksploatacji:**

1.....typ/model..... nr ser. .... rok prod .....

Umowny termin dostawy został zachowany.\*

Umowny termin dostawy został przekroczony o .....dni.\*

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że ww. sprzęt medyczny zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykaz przekazanych dokumentów:

.....  
.....  
.....  
.....

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

.....

.....

.....

\*niepotrzebne skreślić

UMOWA NR ..... /SPSSZ/2020

zawarta w dniu .....2020 r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II** w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. .... - p. ....

a

Firmą ..... zarejestrowaną w..... pod Nr KRS ..... Nr NIP ..... Nr Regon .....zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1. .... - p. ....

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. na: **dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19”, Znak sprawy SPSSZ/52/D/20**, została zawarta Umowa o następującej treści:

**§1.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowej, specjalistycznej karetki transportowej typu „B” – 1 szt., z wyposażeniem medycznym o parametrach technicznych zawartych szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (tożsamym z załącznikami nr 6 do SIWZ) zgodnie z ofertą z dnia .....
2. Za fabrycznie nową karetkę strony rozumieją karetkę transportową typu „B” i zamontowany w niej sprzęt wyprodukowany w 2020 roku, w żaden sposób wcześniej nieużytkowany.

**§2.**

1. Cena umowy wynosi .....zł brutto (słownie: .....). Stawka podatku VAT na dzień podpisania umowy wynosi .....%.
2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, dostawa i znakowania, ubezpieczenia, uruchomienia, szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

**§3.**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot zamówienia:
  - a) jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawami osób trzecich,

- b) jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem, spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w zakresie wyposażenia medycznego – jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
- 4.1. dostarczenia przedmiotów umowy do siedziby Zamawiającego
- 4.2. najpóźniej w dniu przekazania pojazdu dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiających jego rejestrację i eksploatację:
- 1) karty pojazdów
  - 2) homologacje europejskie do przewozu osób z niepełnosprawnością
  - 3) książki gwarancyjne
  - 4) instrukcje obsługi w języku polskim
  - 5) po dwa komplety kluczyków
  - 6) wykaz najbliższych dla Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych ambulansu zawierający nazwę firmy i adres zakupu
5. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
6. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości do 60% ceny brutto wynagrodzenia płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejna rata zapłacona zostanie w terminie do 15 stycznia 2021 r., od złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zaakceptowanym przez Zamawiającego który będzie zawierać :
- dane identyfikacyjne pojazdów
  - nazwę Wykonawcy i Zamawiającego
  - datę przyjęcia przedmiotów umowy
  - wykaz dokumentów
7. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

#### §4.

1. Zamawiający upoważnia: p. .... – Koordynatora Transportu do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wykonawca ustanawia p. .... jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

#### §5.

1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: .....licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, ..... lat na lakier bez limitu przebiegu kilometrów.
2. Warunki gwarancji :
  - a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji ambulansu o czas jego naprawy,
  - b) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dokonywania w okresie gwarancji przeglądów okresowych i napraw wraz z koniecznym transportem i wymianą części ambulansu i wyposażenia medycznego, zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz przepisami prawa, w tym także do bezpłatnego dojazdu serwisanta i/lub transport sprzętu do i z serwisu.

- c) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu umowy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia na tel. ...., lub e-mail Wykonawcy .....@..... awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia,
  - d) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt c),
  - e) W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element przedmiotu zamówienia na nowy.
3. Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w celu usunięcia zgłoszonej awarii przedmiotu umowy i nie wykona naprawy gwarancyjnej w maksymalnych terminach wyznaczonych w ust. 2 lit. c i d niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny ambulans zastępczy, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
  4. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego spełniającego opisane w załączniku nr 1 wymagania, Zamawiający może wynająć, pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. W przypadku niezapewnienia samochodu zastępczego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień pozostawania samochodu w serwisie lub naprawie gwarancyjnej, do czasu wykonania naprawy ambulansu, obciążając kosztami Wykonawcę.
  5. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.
  6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji i zgodny jest z zapisami w SWIZ.

## §6.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy;
  - w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w §2 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia w wysokości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążeniowej, termin płatności za naliczone kary, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowej noty.
4. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.
6. Żadna ze stron nie odpowiada za utracone korzyści drugiej strony.
7. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność cywilną w przypadkach w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej (np. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny).

## §7.

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w najbliższym możliwym terminie od daty zgłoszenia .
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:
  1. dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,
  2. dostarczenia innego wyposażenia niezgodnego z przedmiotem umowy,
  3. jeżeli pomimo pisemnego wezwania zawierającego wskazanie naruszenia umowy naruszenie to nie zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę usunięte.

**§8.**

1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności wynikające z umowy nie będą przekazywane osobie trzeciej bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**§9.**

1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.
2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

**§10.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny.

**§11.**

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

**§12.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - protokół zdawczo-odbiorczy,

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.....  
**ZAMAWIAJĄCY:**

.....  
**WYKONAWCA**