



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 24.11.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej karetki transportowej typu „B” do transportu pacjentów zarażonych wirusem Covid-19, wer.-2, dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
(Nr procedury SPSSZ/53/D/20).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga jednocześnie klimatyzacji i klimatyzacji automatycznej kabiny kierowcy, czy należy przez to rozumieć, że dopuszcza zarówno klimatyzację manualną jak i automatyczną?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza zarówno klimatyzację manualną jak i automatyczną.

Pytanie 2.

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wpływu zmianę stałych warunków gwarancji pojazdu bazowego w autoryzowanej stacji obsługi prosimy o wykreślenie z umowy w §5, pkt. 2a.

Odpowiedź 2.

Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wpływu zmianę stałych warunków gwarancji pojazdu bazowego w autoryzowanej stacji obsługi prosimy o modyfikację zapisu umowy w §5, pkt. 2b w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dokonywania w okresie gwarancji przeglądów okresowych i napraw zabudowy specjalnej ambulansu i wyposażenia medycznego, zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz przepisami prawa, w tym także do bezpłatnego dojazdu serwisanta i/lub transport sprzętu do i z serwisu.”

Odpowiedź 3.

Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 4.

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wpływu na czas naprawy pojazdu bazowego w autoryzowanej stacji obsługi prosimy o modyfikację zapisu umowy w §5, pkt. 2c w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia na tel., lub e-mail Wykonawcy@..... awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. Awarie pojazdu bazowego w okresie gwarancji będą usuwane w autoryzowanej stacji obsługi marki ambulansu w terminie do 14 dni roboczych.”.....

Odpowiedź 4.

Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 5.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy w §5, pkt 2d w sposób następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego w terminie 3 dni roboczych a od dnia zgłoszenia a pojazdu bazowego w terminie do 14 dni roboczych.”

Odpowiedź 5.

Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 6.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy w §5 w sposób następujący: „Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego o parametrach równoważnych do opisanych w załączniku nr 1, Zamawiający może wynająć, pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego obciążając kosztami Wykonawcę”.

Odpowiedź 6.

Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 7.

Dotyczy - Krzeselko Kardiologiczne:

Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediroł model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach co dawałoby gwarancję przedstawienia Państwu konkurencyjnej oferty:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga bez akcesoriów ok 13 kg.

Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuści z tym, że **nośność krzeselka nie może być mniejsza niż 220 kg.**

Pytanie 8.

W związku z obecną sytuacją związaną z ogłoszoną pandemią i z dnia na dzień zmieniającą się sytuacją u dostawców sprzętu i materiałów prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy poniższych zapisów:

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną świadomością ogłoszonego na terenie RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu zagrożenia epidemiologicznego niemniej jednak postanawiają, że w razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego:

a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy,

b) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę,

c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży.

2. Strony ustalają, że zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 mogą być następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Dotyczy noszy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje, żeby dostarczone nosze wyposażone były w 4 skrętne o 360° kółka o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu transport pacjenta będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

Odpowiedź 9.

Zamawiający zgadza się żeby dostarczone nosze wyposażone były w 4 skrętne o 360° kółka o średnicy nie mniejszej niż 160 mm.

Pytanie 10.

Dotyczy Krzeselko Kardiologiczne:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Mediroł model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga bez akcesoriów ok 13 kg.

Odpowiedź 10.

Zamawiający dopuści z tym, że nośność krzeselka nie może być mniejsza niż 220 kg.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.