



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 24.11.2020 r.

**SPS – V. 262.78.2020**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków 2021/22 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.  
(Nr procedury SPSSZ/48/D/20).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

#### **Pytanie:**

Zamawiający w treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w tym na własnej stronie internetowej, poinformował publicznie, iż zamierza udzielić zamówienia publicznego dotyczącego dostawy Sewofluranu (pakiet nr 54).

Potencjalni oferenci w toku przedmiotowego zadawali pytania, w tym pytanie oznaczone nr 53:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.2 ust.1 wzorca umowy zastępując go następującym brzmieniem:

„Mając na uwadze, że nie wszystkie parowniki są kompatybilne z każdym rodzajem opakowania końcowego leku Sevoflurane, uprzejmie prosimy Zamawiającego o wskazanie rodzaju i ilości aparatów do znieczulenia będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego, jako okoliczność niezbędną do sporządzenia oferty? [...]”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na pytanie:

„Zamawiający wymaga dostarczenia (dzierżawy wraz z serwisem) aparatów do znieczuleń w ilości 9 szt., patrz SIWZ.”

Czy Zamawiający udzielając w ten sposób odpowiedzi miał na myśli dzierżawę aparatów do znieczuleń, tak jak wskazał w odpowiedzi, czy też dzierżawę parowników?

Odpowiedź Zamawiającego na przytoczone pytanie powoduje diametralną zmianę opisu przedmiotu zamówienia w ramach przedmiotowego postępowania, dlatego prosimy o wyjaśnienie, jak należy interpretować stanowisko Zamawiającego w tejże odpowiedzi.

Z powyższych względów wnosimy, by Zamawiający zechciał ponownie przeanalizować treść złożonego pytania i własnego wyjaśnienia w zakresie SIWZ i doprecyzował jakiego rodzaju urządzenia oczekuje dla pakietu nr 54 przedmiotowego postępowania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udzielając odpowiedzi miał na myśli jak w SIWZ - parowniki a nie aparaty do znieczuleń.

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**