



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.27.2020

Grodzisk Mazowiecki; 25.05.2020 r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji.

(Nr sprawy SPSSZ/19 /D /20)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 8, 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 80mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

3. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert **na formę elektroniczną** – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że **komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych**: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź : Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę sposobu składania oferty. Zamawiający stosuje u siebie zabezpieczające procedury odbioru ofert a uwzględniając obecną sytuację wydłużył terminy składania ofert w wersji papierowej, tj. w przypadku aktualnego postępowania do 10 dni.

4.Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-7 i utworzy z nich nowy pakiet, zwiększając tym samym konkurencyjność w postępowaniu?

Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SIWZ.

5.§ 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy do 5% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

6. poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 60g/m²? To parametry techniczne oraz porowatość papieru, a nie jego gramatura, decydują o właściwościach barierowych i wytrzymałościowych.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

7. poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękaw z fałdą w rozmiarze 250mm x 60mm x 100mb?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

8. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepszej od opisanego w SIWZ tj. testy niewymagające inkubacji (zmiana barwy substancji testowej w ciągu 5-10 sekund – intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia), w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

9. poz. 11

Jednym z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

10. poz. 14-15

Czy Zamawiający dopuści kombinację włókniny zielonej i niebieskiej (100% polipropylen) typu SMMS o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

11. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści włókninę opakowaniu a'120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

12. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści wkładki spełniające wymagania SIWZ pakowane po 1000 szt.? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości opakowań. Bieżący opis nie zawiera informacji o wielkości opakowania.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wkładki pakowane po 1000 szt. w ilości 15 opakowań.

13. poz. 17, 32

Czy Zamawiający dopuści taśmy o szerokości 18mm i długości 50m, z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza taśmy o szerokości 18mm i długości 50 m.

14. poz. 23

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że miał na myśli papier w kolorze zielonym. Papier niebieski w tym samym rozmiarze został opisany w poz. 24.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

15. poz. 19-26

Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z kolorów papieru był papierem II generacji tj. wzmocnionym, supermiękkim?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

16. poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści papier spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a'100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

17. poz. 27

Czy Zamawiający dopuści torebki samozamykające w rozmiarze 200 x 330 mm w opakowaniu a'800szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

18. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 500 x 300 mm z możliwością docięcia dożądanego rozmiaru, z odpowiednim przeliczeniem ilości wg łącznej liczby mm²?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

19. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 254 x 254 mm z możliwością docięcia dożądanego rozmiaru, z odpowiednim przeliczeniem ilości wg łącznej liczby mm²?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

20. poz. 29

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 500 x 300 mm z możliwością docięcia dożądanego rozmiaru, z odpowiednim przeliczeniem ilości wg łącznej liczby mm²?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

21. poz. 29

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 254 x 254 mm z możliwością docięcia dożądanego rozmiaru, z odpowiednim przeliczeniem ilości wg łącznej liczby mm²?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

22. poz. 31

Czy Zamawiający dopuści pakiet testowy zmieniający zabarwienie z żółtego na ciemnogrnatowy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

23. poz. 34

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga testu zgodnego z normą ISO/TS 15883-5?

Odpowiedź : Doszło do pomyłki . Test rutynowej kontroli mycia EN ISO 15 833.

24. poz. 34

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjce ultradźwiękowej?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

25. poz. 34

Czy Zamawiający wymaga, by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

26. poz. 34

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

27. poz. 34

Czy Zamawiający wymaga, aby test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

28. poz. 35

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

29. poz. 36

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

30. poz. 37, 38

Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśm – na rolce 500 sztuk etykiet, pakowane a' 24 rolki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ilości metkownic, które należy dostarczyć bezpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem etykiet, oraz o dopuszczenie metkownicy kompatybilnej z niniejszymi etykietami w poz. 38.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

31. poz. 40

Czy Zamawiający dopuści plomby pakowane po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

.....