



Dział Zamówień Publicznych  
SPS – V. 262.51.2020

Grodzisk Mazowiecki; 19.08.2020 r.

**Wg. rozdzielnika**

***Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.***

***(Nr sprawy SPSSZ/34 /D /20 )***

**Załącznik numer 6, pozycja 6-7-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z załącznika nr 6 pozycję 6-7 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

**Załącznik numer 6, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o przestrzeni martwej 40 ml?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Załącznik numer 6, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o przestrzeni martwej 40 ml?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Załącznik numer 6, pozycja 16-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z załącznika nr 6 pozycję 16 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

**Załącznik numer 6, pozycja 16-** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy długość rury wydechowej i wdechowej 180 cm, dodatkowa rura 100 cm?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Załącznik numer 6, pozycja 16-** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy gdzie złącza do podłączenia aparatu anestetycznego wykonane z materiału PE?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Załącznik numer 6, pozycja 19-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z załącznika nr 6 pozycję 19 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

**Załącznik numer 6, pozycja 19-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny o następujących parametrach :

- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

- posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylne
- pakowania pojedynczo

rozmiar	1.0#	1.5#	2.0#	2.5#	3.0#	4.0#	5.0#
<b>Waga pacjenta</b>	<5kg	5-10kg	10-20kg	20-30kg	30-50kg	50-70kg	70-100kg
<b>Wielkość mankietu</b>	<4ml	<7ml	<10ml	<14ml	<20ml	<30 ml	<40ml

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 16 i 19 i stworzenie osobnego pakietu: na linie do kapnografu, obwody oddechowe do znieczulenia dla dorosłych oraz maski krtańowe z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik 6,

Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu lub umożliwi złożenie oferty na wybrane części załącznika nr 6, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik 6, poz.9

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści łącznik schodkowy bez okienka?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 1,2,11 do odrębnego zadania, umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę.

Czy pisząc w pozycji 1 i 2 strzykawka zaprogramowana na wymienione pompy, Zamawiający oczekuje strzykawki wpisanej w instrukcję obsługi pompy i menu pompy?

**Odpowiedź :** TAK.

.....