



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.51.2020

Grodzisk Mazowiecki; 20.08.2020 r.

Wg. rozdzielnika

***Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
(Nr sprawy SPSSZ/34 /D /20)***

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści worek zgodny z poniższym opisem:

- pojemność 2000ml
- dren o długości 90 cm
- wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
- zawór spustowy typu „T”
- zastawka antyzwrotna
- skala pomiarowa co 100 ml
- dren odporny na skręcanie / załamywanie
- dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką
- wzmocnione otwory na wieszak
- biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu
- sterylny, rozstaw otworów na wieszak 15cm
- opakowanie foliowe

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110 mm x 18 m?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Pakiet 18

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego?

Odpowiedź : TAK.

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wkłady i pojemniki mają być kompatybilne z osprzętem t.j. pojemniki, uchwyty, ssaki elektryczne i próżniowe będące na wyposażeniu oddziałów?

Odpowiedź : TAK.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

.....