



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 18.09.2020 r.

SPS – V. 262.50.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr procedury SPSSZ/32/D/20).

1. Pakiet 26 poz. 2 . Prosimy uprzejmie o dopuszczenie kaniuli w pakiecie 26 poz. 2 w opakowaniu typu blister pack. Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedziami z dnia 10.09.2020 r.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

2. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź na następujące pytanie:

Pakiet nr 68 Nazwa	J. m.	ilość do przetargu
Jałowy zestaw do drenażu komorowego typu EDM zawierający: cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem 80 cm, igła TOUHY o rozmiarze 14 z końcówką Huber, drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem, łącznik luer z wbudowanym zamknięciem, tępo zakończona igła rozm. 20, woreczek do drenażu typu EDM 700 ml, linka pleciona (niepokazana), skala taśmowa ciśnienia z podziałką, zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)	szt.	20
Jałowy zestaw do drenażu komorowego typu EDM zawierający: cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm, igła TOUHY o rozmiarze 14 z końcówką Huber, łącznik luer z wbudowanym zamknięciem, tępo zakończona igła rozm. 20, element odprężający, zespół linii pacjenta EDM woreczek do drenażu typu EDM 700 ml	szt.	20

Zamawiający w pozycji nr 1 i pozycji nr 2 opisał drenaże komorowe z drenami lędźwiowymi, czy Zamawiający wymaga aby do pozycji nr 2 zamiast drenu lędźwiowego został zaoferowany dren komorowy długości 35 cm ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

.....