



Dział Zamówień Publicznych  
SPS – V. 262.5.2020

Grodzisk Mazowiecki; 12.02.2020 r.

Wg. rozdzielnika

**Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych dla Szpitala Zachodniego.**

*(Nr sprawy SPSSZ/4 /D /20 )*

### **Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy min. 23,20 cm H<sub>2</sub>O?  
Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy zapisów umowy (do pakietu 3,4,5,6):**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5% ceny niezrealizowanej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “Zwłoki”?

**Odpowiedź : TAK.**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5 % ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 8 ust 3 niniejszej umowy?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3 umowy dzierżawy:

3. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **150 złotych** za każdy dzień opóźnienia w dzierżawie Urządzenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie dzierżawionego urządzenia.**

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 wzoru umowy dostawy poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słów na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”**

Zwracamy się z prośbą o uściślenie czy dla systemu elektrofizjologicznego Zamawiający wymaga, aby posiadał wymienione niżej funkcjonalności:

- automatyczna funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych), aby realizować w czasie rzeczywistym porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami.
- automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym.
- automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF. Prezentacja parametrów aplikacji RF w postaci cyfrowej i graficznej.
- automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji.
- rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego co najmniej 16 – bit z możliwością trybu pracy systemu w rozdzielczością 12 lub 16 bit.
- pojedynczy moduł połączeniowy kanałów wzmacniacza obsługujący minimum 40 sygnałów bipolarnych (minimum 80 wejść pojedynczych).
- możliwość odtwarzania, przeglądania i edycji zapisów badań dla dotychczas przeprowadzonych przez Zamawiającego zabiegów.

**Odpowiedź : Wymagane jest aby system posiadał wymienione funkcjonalności.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 1 poprzez nadanie § 3 ust. 11 następującego brzmienia: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w trakcie trwania niniejszej umowy w asortymencie oddanym mu na przechowanie, w tym szkody wynikającej z przypadkowej utraty, kradzieży czy uszkodzenia asortymentu.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 2 poprzez nadanie § 3 ust. 11 następującego brzmienia: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w trakcie trwania niniejszej umowy w asortymencie oddanym mu na przechowanie, w tym szkody wynikającej z przypadkowej utraty, kradzieży czy uszkodzenia asortymentu.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 1 poprzez nadanie § 3 ust. 14 następującego brzmienia: „Wykonawca może dokonać spisu z natury asortymentu przechowywanego w związku z niniejszą umową u zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w uzgodnionym wcześniej terminie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 2 poprzez nadanie § 3 ust. 14 następującego brzmienia: „Wykonawca może dokonać spisu z natury asortymentu przechowywanego w związku z niniejszą umową u zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w uzgodnionym wcześniej terminie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 1 poprzez nadanie § 2 ust. 2 następującego brzmienia: „W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ – projektu umowy do pakietu 2 poprzez nadanie § 2 ust. 2 następującego brzmienia: „W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**

.....