



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.19.2020

Grodzisk Mazowiecki; 24.04.2020 r.

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego.

(Nr sprawy SPSSZ/14 /D /20)

Dotyczy Pakiet I.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści Test ciążyowy hCG kasetkowy w opakowaniu 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli.

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 2. Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści test z kontrola w postaci liofilizatu, pakowany po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź : NIE, kontrola ma być płynna.

Pytanie 3. Czy w pozycji nr 3 Test Anty TP Trepanoma pallidium, Zamawiający dopuści test pakowany po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 4. Czy w pozycji nr 5 Gardia Lambia Ag w kale, Zamawiający dopuści test pakowany po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 5. Czy w pozycji nr 6 Helikobacter pylori Ag, Zamawiający dopuści test pakowany po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 6. Czy w pozycjach 8-19 Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź : TAK.

Pakiet IV poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do pipet w worku 0,5-20 µl typu eppendorf, bezbarwnej, o nazwie na fakturze: „Kończówka do pipet 0,5-20 µl, w worku”.

Odpowiedź : TAK.

Pakiet IV poz. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do pipet 5000 µl typu eppendorf, w statywie po 50 szt., bezbarwnej, o nazwie na fakturze: „Kończówka do pipet t.E 5 ml, w statywie” lub końcówki do pipet 5000 µl typu eppendorf, w worku po 250 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości), bezbarwnej, o nazwie na fakturze: „Kończówka do pipet t.E 5 ml, w worku”.

Odpowiedź : TAK.

Pakiet IV poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w poz. 13 również oczekuje próbek 1,5 ml sterylnej, jak w poz. 12 (jakość BIOSFERA jest przeznaczona dla próbek sterylnych), czy niesterylnej o nazwie na fakturze: „Mikropróbówka Safe-Seal 1,5 ml PP”.

Odpowiedź : „Mikropróbówka Safe-Seal 1,5 ml PP” niesterylne.

Pakiet IV poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w nazwie na fakturze powinien być zapis: „Pojemnik do transportu próbek 27x17”.

Odpowiedź : TAK, ten zapis - pojemnik do transportu próbek 27x17.

dot. SIWZ rozdz. VI pkt.3.2

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 7-10 – końcówki do pipet, 14-17 – statywy w Pakiecie nr VI wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w przypadku produktów niemedycznych złożenia stosownego oświadczenia, iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

Odpowiedź : TAK, dopuszcza.

dot. Umowy § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

dot. Umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

Pakiet I poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź : Tak, dopuszcza.

Pakiet I poz. 10, 13, 14, 15 i 16

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny testy kasetkowe o parametrach przewyższających, tj. charakteryzujące się wyższą czułością diagnostyczną od czułości podanej w SIWZ (czułość oferowanych testów: THC – 25 ng/ml, BZD – 200 ng/ml, AMP – 300 mg/dl, COC – 100 ng/ml, MET – 300 ng/ml)?

Odpowiedź : Tak, dopuszcza wyższą czułość.

Czy zamawiający dopuści kasetkowy test anty TP Treponema pallidum niezawierający w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej ?

Odpowiedź : Tak, dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści kasetkowy test Helicobacter dla surowicy pakowany po 20 sztuk?

Odpowiedź : Tak, dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz. 1 dopuści etykiety osobno, do przyklejenia?

Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz. 2 dopuści zakrętkę w kolorze czerwonym?

Odpowiedź : Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz. 5 może doprecyzować rodzaj naczynek wraz z podaniem wymiarów?

Odpowiedź : Naczynka reakcyjne do analizatora Integra 400 , z PP prawie stożkowe dł 34mm, śr 8,2 mm, niebieskie, połączone z zamykającym korkiem z otworem.

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu IV, poz. 14-18 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający w Pakiecie VI, poz. 7 dopuści etykiety osobno, do przyklejenia?

Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 i 1A innych opakowań niż określone w formularzu asortymentowo-cenowym? Oraz pozwoli na przeliczenie do drugiego miejsca po przecinku?

Odpowiedź : Tak.

Pakiecie Ia poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w postaci kasetek (testy kasetkowe do wykrywania substancji psychoaktywnych opisanych w SIWZ)?

Odpowiedź : Tak.

.....