



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY[®]
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 03.11.2020 r.

SPS – V. 262.71.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie zrobotyzowanej stacji nawigacyjnej do chirurgii kręgosłupa do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

(Nr procedury SPSSZ/42/D/20).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Dotyczy pkt nr 27 Opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem nr 4 do siwz:

Zgodnie z Opisem parametru, monitor powinien mieć przekątną co najmniej 21 cali, natomiast zgodnie z oceną punktową może mieć on mniej niż 15 cali (wartości oceniane: poniżej 15 cali, 15-20 cali oraz powyżej 20 cali). Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie który zapis jest wiążący.

Odpowiedź:

Zamawiający podają obowiązującą treść zapisu:

zintegrowany monitor dotykowy, pozwalający na planowanie zabiegu operacyjnego przed zabiegiem jak i pracę i planowanie w trybie sterylnym w trakcie zabiegu,

jednocześnie wyjaśniamy że słowo „średnica ekranu” w kolumnie Ocena pkt. wiersza 27, zastępuje się słowem „przekątna ekranu”.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.