



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki 20.01.2020 r.

**SPS – V. 262.2.2020**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie dwustopniowego urządzenia odwróconej osmozy do Stacji Dializ Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/2/D/2020).

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.01.2020 oraz udziela na nie odpowiedzi.

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu pełnej gwarancji i rękojmi do 36 miesięcy?

#### **Odpowiedź 1.**

NIE.

#### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

#### **Odpowiedź 2.**

NIE.

#### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie w okresie gwarancji jednego przeglądu rocznie co jest zgodne z zaleceniami producenta?

#### **Odpowiedź 3.**

NIE.

#### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie odwróconej osmozy miało status wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC?

#### **Odpowiedź 4.**

TAK.

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**